

MY
(we)

CAS POLSKA Sp. z o.o.
ul.Chrościckiego 93/105, 02-414 Warszawa
www.CAS-Polska.com.pl



oświadczamy na wyłączną odpowiedzialność, że wyrób :
(declare that following product)

Produkt : **Waga nieautomatyczna**
(product) (non-automatic weighing instrument)

Producent : **CAS CORPORATION**
(manufacturer)

Typ : **PB**
(type)

jest zgodny z następującymi dyrektywami :
(conform to the following directives)

EMC (Dyrektywa : **2004/108/EC; Ustawa z 13.04.2007r. o kompatybilności elektromagnetycznej**
Dz.U. 82 z 2007r. poz. 556

(EMC (Directive) (2004/108/EC – electromagnetic compatibility)

wykonawca : **SK TECH CO., LTD.**
(carried out by) **820-2, Wolmoon-Ri, Wabu-Up, Namyangju-Si, Kyunggi-Do, Korea.**

użyte standardy : **EN 61000-3-2:2005, EN 61000-3-3:1994+A2:2005, CISPR 11:2003+A1:2004**
(standards used) **Class A, EN 61326-1:2006 (Podstawowe Wymagania Odpornościowe)**
EN 61326-2-1:2006

Raport z testów Nr : **SKTCEE-090729-135**

LVD Dyrektywa : **2006/95/EC; Rozporządzenie MG z 21.08.2007, Dz.U.155 z 2007 poz. 1089) –**
bezpieczeństwo elektryczne

(LVD (Directive) (2006/95/EC – electrical security)

Model : **Zasilacz Impulsowy SW15-1A**

wykonawca : **Audix Technology (Shanghai) CO., LTD,**
(carried out by) **No. 6 Ke Feng Road 52 Block Shenzhen, Science & Industry Park, Nantou,**
Shenzhen, Guangdong 518057, CHINA

Użyte standardy : **EN 55022:1998+A1:2000+A2:2003, EN 61000-3-2:2000, EN 61000-3-3:1995+**
(standards used) **+A1:2001, EN 55024:1998/A1:2001, (IEC 61000-4-2:2001 CE, IEC 61000-4-3:**
:2002CE, IEC 61000-4-4: :1995/A1:2000/A2:2001, IEC 61000-4-5:2001 CE, IEC
61000-4-6:2001 CE, IEC 61000-4-8:2001 CE, IEC 61000)

Raport z testów : **ACI-E05108**

NAWI Dyrektywa : **2009/23/EC; Rozporządzenie MGIPS z 11.12.2003, Dz.U. 4 z 2004 poz. 23) –**
zagadnienia metrologiczne wag nieautomatycznych

(Directive : 2009/384/EC) - metrological aspect of non-automatic weighing instruments)

wykonawca : **National Weights and Measures Laboratory**

(carried out by) **Stanton Avenue Teddington Middlesex TW11 0JZ United Kingdom**

użyte standardy : **EN 45501:1992 z wyłączeniem punktu 8.2**

(standards used)

nr zatwierdzenia typu: UK 2882

(EC Type approval)

Nazwisko : **Piotr Dobruszek – Prokurent**
(name)

Data : **17 lipca 2012**
(date)